ENDO-SOLution

CE 2409

Жидкость для расширения корневых каналов

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: динатрия эдетат (ЭДТК - этилендиаминтетрауксусная кислота), гидроксид натрия, бензалкониума бромид, вода Евр. Фарм.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт ENDO-SOLUTIONпредназначен для механической подготовки корневых каналов.
Он помогает осушению и очистке корневых каналов, удаляет замазанные слои, чтобы обработать отверстия зубных канальцев. Содержащаяся в продукте этилендиаминтетрауксусная кислота, промывая ионы кальция и магния, размягчает слой дентина и делает более легким его удаление и восстановление корневого канала.

Адаптер с пробкой для набора препарата в шприц

1. Открутить крышку бутылочки.
2. Поместить адаптер в горлышко бутылки и плотно вдавить.
3. Чтобы привести в готовность, удалить синюю пробку. Закрутить конец шприца в отверстие адаптера, наклонить бутылочку с препаратом вниз головой и набрать жидкость в шприц, удерживая одновременно адаптер. Затем поставить бутылочку головой вверх на стол и аккуратно выкрутить шприц из адаптера. Рекомендуется использовать шприц с наконечником Люэра с резиновым поршнем.
5. Для переноски снять адаптер и закрутить крышку бутылочки на бутылочку.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Для восстановления корневого канала ввести 2-3 капли жидкости ENDO-SOLUTION в подготовленный механически канал на примерно 30 секунд. Промыть его физиологическим раствором. Повторить процесс несколько раз. Также рекомендуется промывать корневые каналы гипохлоритом натрия (ХЛОРАКСИД).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следует быть внимательным при обработке канала вблизи зоны верхушки корня зуба, поскольку может образоваться прорывание канала в результате использования инструментов для корневого канала. При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. Использовать перчатки, защитные очки и одежду.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C.
Хранить в недоступных детям местах.
Срок годности указан на основной упаковке. После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после каждого использования.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ПРОДУКТА

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

УПАКОВКА

Бутылочка с препаратом 50 мл или 120 мл, адаптер с пробкой, дозатор.

Последнее обновление: 20.09.2013/1

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 0048 15 842-35-85